検体番号　６３３　　品　名　白米（福島県産）

測定日　2014.2.8　　充填量(g)　932　　測定時間(秒)　43200　　測定温度(℃)　20.3

核　種	濃　度（Bq/kg）	検出下限値（Bq/kg）	計数率(cps)	備考
セシウム 137	0.841±0.496	0.3	0.04	事故由来
セシウム 134	不検出	0.4	0.00	事故由来
カリウム 40	8.76±6.45	4.7	0.02	



放射能測定結果

レポート出力日時：　2014/02/09 11:05
レポート生成ソフトウェア：　CSK Monitor Ver.2.7

測定環境

測定機器　：　CSK-3i-X(S/N: 027)　　測定ソフトウェア：　CSK Monitor Ver.2.7
測定番号　：　633　　測定場所：　阪神・市民放射能測定所
測定開始日時　：　2014/02/08 14:28　　測定担当：　名村
測定時間（秒）：　43200　　測定容器：　1Lマリネリ容器（全量充填）

検体情報

検体名　：白米　　重量(g)　：932.0
採取場所：福島　　採取日時：2014/02/08 14:25
備考　：20.3℃、33.5%、625の再測定
検出核種　人工由来　セシウム137、セシウム134

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137：	0.841 ± 0.496 Bq/kg	0.3 Bq/kg	0.04 CPS
Cs-134：	不検出	0.4 Bq/kg	0.00 CPS
K-40：	8.76 ± 6.45 Bq/kg	4.7 Bq/kg	0.02 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。（3σ精度）
理論値±4.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムが検出されました。原発事故由来です。セシウム134の計数率は0.00cpsとなっていますが、ピークは、確認できます。

コメント欄
カリウムやゼオライトなどを使用して放射性物質除去に努力されているとお聞きしました。

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。