


検体番号 845 品名 たけのこ (高知県産)

測定日 2014.5.6 充填量(g) 975 測定時間(秒) 10800 測定温度(°C) 20.1

核種	濃度 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	0.6	0.01	計数率は、天然核種による誤検出
セシウム 134	不検出	0.6	0.00	
カリウム 40	107±31.0	7.6	0.26	



コメント欄

データサイトプロジェクト検体

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。