検体番号　１１３４　品　名　いなご佃煮（福島県産）

測定日　2014.9.08　　充填量(g)　116　　測定時間(秒)　43200　　測定温度(℃)　27.0

核　種	濃　度（Bq/kg）	検出下限値（Bq/kg）	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	2.8	0.00	
セシウム 134	不検出	2.9	0.00	
カリウム 40	不検出	39.0	0.01	



放 射 能 測 定 結 果

レポート出力日時：　2014/09/09 09:04
レポート生成ソフトウェア：　CSK Monitor X Ver.2.8.2

測定環境

測定機器　：　CSK-3i-X(S/N: 027)　　測定ソフトウェア：　CSK Monitor X Ver.2.8.2
測定番号　：　1134　　測定場所：　阪神・市民放射能測定所
測定開始日時　：　2014/09/08 14:44　　測定担当：　安東
測定時間（秒）：　43200　　測定容器：　1Lマリネリ容器（全量充填）

検体情報

検体名　：　いなご佃煮(福島県産)　　重量(g)　：　116.0
採取場所：　福島県東白川郡棚倉町山際　　採取日時：　2014/09/08 14:42
備考　：　27。0℃　72.0%　1127再測定

解析結果

	放射能濃度	測定下限	計数率
Cs-137：	不検出	2.8 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134：	不検出	2.9 Bq/kg	0.00 CPS
K-40：	不検出	39.0 Bq/kg	0.01 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。（3σ精度）
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】　Cs-137: N/A　Cs-134: N/A

※ グラフは半値幅3の移動平均で平滑化しています　バックグラウンド　測定値

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。

コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所　ブログ：http://hanshinshs.blog.fc2.com/