検体番号　１４５４　品　名　スパゲティ（イタリア産）

測定日　2014.12.27　充填量(g)　758　測定時間(秒)　3600　測定温度(℃)　19.6

核　種	濃　度（Bq/kg）	検出下限値（Bq/kg）	計数率(cps)	備考
セシウム 137	不検出	1.1	0.00	
セシウム 134	不検出	1.2	0.00	
カリウム 40	46.6±26.2	15.6	0.09	

放射能測定結果

レポート出力日時：　2014/12/27 16:29
レポート生成ソフトウェア：　CSK Monitor X Ver.2.8.2

測定環境

測定機器　：　CSK-3i-X(S/N: 027)　　測定ソフトウェア：　CSK Monitor X Ver.2.8.2
測定番号　：　1454　　測定場所：　阪神・市民放射能測定所
測定開始日時　：　2014/12/27 15:27　　測定担当：　影山
測定時間（秒）：　3600　　測定容器：　1Lマリネリ容器（全量充填）

検体情報

検体名　：　ORGANIC Spaghetti　　重量(g)　：　758.0
採取場所：　イタリア・輸入者：むそう商事　　採取日時：　2014/12/27 15:26
備考　：　19.6℃、37.0%、1452再測定。

解析結果

	放射能濃度		測定下限	計数率
Cs-137：	不検出		1.1 Bq/kg	0.00 CPS
Cs-134：	不検出		1.2 Bq/kg	0.00 CPS
K-40：	46.6 ± 26.2 Bq/kg	[Peak]	15.6 Bq/kg	0.09 CPS

但し、不確かさはk=3を掛けた合成標準不確かさに基づいています。（3σ精度）
理論値±3.0%のエネルギー範囲にピークが検出された場合は[Peak]マークが表示されます。

【検体採取時の放射能濃度推定値】　Cs-137: N/A　Cs-134: N/A



※ グラフは半値幅6の移動平均で平滑化しています　バックグラウンド　測定値

阪神・市民放射能測定所の測定結果であることを証明します。
放射性セシウムは不検出です。

コメント欄

なお、放射能測定での数値は絶対値ではありません。機器や測定環境も左右する確率的な測定ですので、あくまでも参考値としてご活用ください。

また、測定した検体の結果は、同じ生産場所、食材、製造品、同じ場所の土壌等で同じ数値が出るというものでもありません。さらに、今回の測定が検出なしでも、その食材について将来もずっと安全であるとも言えないことを、是非ご理解ください。

阪神・市民放射能測定所　ブログ：http://hanshinshs.blog.fc2.com/